



Primeiro Comunicado de Esclarecimento

PREGÃO Nº 46/2020 – Forma Eletrônica

Comunicamos a todos os proponentes interessados no fornecimento do objeto do Pregão nº 46/2020 – forma Eletrônica, que tem por objeto **Aquisição de equipamentos hospitalares (balança digital, detector de batimentos cardíacos, oxímetro de pulso, eletrocardiógrafo, poltrona hospitalar, seladora, cadeira de rodas, andador fixo, suporte de soro e outros) para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - Resolução 647/2020 e Emenda Parlamentar nº 231001160-03**, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos

Considerando a manifestação de esclarecimento apresentada:

DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO:

Referente item 3 – Detector de batimentos cardíacos fetal

1	3	10	Uni	Detector de batimentos cardíaco fetal – Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	800,00	8.000,00
---	---	----	-----	--	--------	----------

No que se refere as dimensões e alimentação:

- Medidas: 4 X 8 X 18 cm
- alimentado por bateria 9 v
- Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria;

Esclarecimento: Esclarecemos que após consulta junto a secretaria solicitante, comunicamos que:

- as medidas do aparelho, especificadas no descritivo, são apenas referência, sendo aceito aparelho com medidas diversas, desde que seja em dimensão de aparelho portátil;
- a alimentação do aparelho, especificado no descritivo, são apenas referência, sendo aceito aparelho com alimentação diversas, desde que garanta a funcionalidade portátil do aparelho, permitindo a recarga ou substituição das baterias;
- quanto ao estojo, será aceito de outro material, no entanto se faz necessário o estojo por ser aparelho portátil, devendo proteger o aparelho e facilitar o seu manuseio a campo;

Referente item 6 – Eletrocardiógrafo digital

1	6	5	Uni	Eletrocardiógrafo digital destinado ao uso com computadores portáteis ou de mesa. Executar a aquisição simultânea de 12 derivações e imprimir o traçado de ECG em vários	11.500,00	57.500,00
---	---	---	-----	--	-----------	-----------



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000
CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

			<p>formatos via impressora do PC; Possuir banco de dados dos pacientes e exames realizados; O APARELHO DE ECG É EXTERNO AO MICRO- A conexão do módulo ao computador é tipo USB; - A alimentação do módulo feita pela porta USB elimina o uso de pilhas, baterias ou rede elétrica; - A impressão do ECG é feita em impressoras convencionais durante ou após o exame; - Deve ser portátil, ágil e de fácil manuseio; Deve acompanhar programa (software) que possibilita: - Monitorização do ECG em tempo real; - Leitura do ECG em tempo real; - Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos; - Impressão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos; - Programa de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusive ser instalado sem custo adicional nos PC's de outros profissionais, para troca de informações e laudos; - O programa deve possibilitar efetuar o ECG e gravá-lo no HD do computador com a identificação do paciente e a data do exame. - Deve ser possível ainda enviar os laudos pela internet para serem analisados à distância. - O software deve ser compatível com as versões do WINDOWS 10. - Funcionar com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não.</p> <p>Atender a norma NBR IEC 60601-2-51 e possuir registro na ANVISA</p>		
--	--	--	--	--	--

Esclarecimento: Esclarecemos que após consulta junto a secretaria solicitante, comunicamos que:

- considerando as tecnologias atualmente existentes, será aceito equipamento com impressora térmica integrada ao equipamento, e/ou com tela para visualização. Apresentando assim tecnologia similar ou superior ao descritivo constante no item do edital.

Sendo os esclarecimentos.

Comunicamos que ficam inalteradas as condições do edital, mantendo-se a data e hora estabelecidos para a sessão pública.

Céu Azul, 25 de agosto de 2020

Douglas de Mattia

Pregoeiro